

上海市计量测试技术研究院

SHANGHAI INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY

华东国家计量测试中心

NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TESTING FOR EAST CHINA

中国上海测试中心

NATIONAL CENTER OF TESTING TECHNOLOGY, SHANGHAI

检测报告

Test Report

委托者

Customer

帕罗（上海）海洋工程有限公司

联络信息

Contact information

/

样品名称

Name of sample

钢丝绳检查仪

制造厂

Manufacturer

江苏欧帕机械有限公司

型号/规格

Model/Specification

PK-200

样品编号

No. of sample

2021-A089

批准人

Approved by

张鸿顺

张鸿顺

核验员

Checked by

张丰

张丰

检测员

Tested by

郭志敏

郭志敏



发布日期

Issue date

2021

年

08

月

23

日

Year

Month

Day



地址：上海市张衡路1500号(总部)

Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai(headquarter)

电话：021-38839800

Tel.

传真：021-50798390

Fax

邮编：201203

PostCode

客户咨询电话：800-820-5172

Inquire line

投诉电话：021-50798262

Complaints line

未经本院/中心批准，部分采用本证书内容无效。

Partly using this report will not be admitted unless allowed by SIMT.

第 1 页 共 3 页

Page of total pages

国家法定计量检定机构计量授权证书号(中心/院):(国)法计(2017)01039号/(2017)01019号

The number of the Certificate of Metrological Authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No. (2017) 01039/ No. (2017) 01019

本次检测所依据的技术规范(代号、名称):

Reference documents for the test (code、name)

参照 GB/T 21837-2008 《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》

参照 ASTM E1571-2006 《铁磁性钢丝绳电磁检查标准规范》

本次检测所使用的主要测量仪器:

Main measurement instruments used in this test

名称 Name	编号 Number	测量范围 Measurement range
钢丝绳标准试样	无编号	($\Phi 13 \sim \Phi 28$) mm
/	/	/

其他检测信息:

Test Information

地点: 上海市松江区望东中路99号A518

Location

温度: 26°C

Ambient temperature

湿度: 59%RH

Humidity

其他: /

Others

受样方式 客户现场(非抽样)

Way for receipt

样品状态描述 正常

Status of sample

受样日期 2021年 08月 20日

Received date

检测日期 2021年 08月 20日

Date for test

备注: /

Note:

本报告提供的结果仅对本次被测的样品有效。

The data are valid only for the sample(s).

检测报告续页专用

Continued page of test report

第 2 页 共 3 页

Page of total pages



检测结果/说明:

Results of test and additional explanation

序号	检测项目	技术要求	检测结果	备注
1	外观及各部分相互作用	仪器表面不应有碰伤、锈蚀和明显的伤痕以及影响外观质量的其他缺陷；所有部件应切实可靠，各活动部分应平稳、舒适、不能有晃动、卡住和急跳现象。	良好	/
2	局部缺陷(LF)检测能力	定性准确率：单处集中断丝定性检测准确率 $\geq 99\%$	100%	/
3	位置(L)检测能力	长度误差： $\pm 0.2\%$	0.1%	/

注：相关项目未取得资质认定，仅作为科研、教学或内部用。

检测结果内容结束

